



**EG- Konformitätserklärung**  
**EC- Declaration of Conformity**  
**EC- Declaration de Conformity**

gültig bis:  
valid until:  
valable jusqu'au:

01.06.2027

**MEYRA GmbH**

Kleiststraße 49  
32457 Porta Westfalica  
(Hersteller/Manufacturer/Fabricant)

**Single registration number: DE-MF-000005780**

erklärt, in alleiniger Verantwortung, dass das Medizinprodukt und seine Optionen  
declares, solely responsible, that the medical device and its options  
declare, en toute responsabilité, que le dispositif médical et ses options

**Modellnummer: 1.156      Modellname: NANO X**

**BASIC UDI-DI: 403276665997AR**

allen Anforderungen der EU-Verordnung 2017/745 und deren Änderungen entspricht.  
meets all requirements of the EC-Regulation 2017/745 and their amendments.  
remplit toutes les exigences du règlement EC 2017/745 et leurs amendements.

Die Klassifizierung in Klasse I erfolgte nach Anhang VIII Regel 1 der Verordnung.  
The product is classified in class I according to annex VIII rule 1 of the EC-Regulation  
Le produit est classé dans la classe I selon le annexe VIII règle 1 de la EC-règlement

**Zweckbestimmung / intended purpose / Utilisation prévue:**

Der Rollstuhl dient der selbständigen Fortbewegung einer Person oder Beförderung durch eine Begleitperson.

The wheelchair is used for the independent movement of a person or transport by an accompanying person.

Le fauteuil roulant est utilisé pour le déplacement autonome d'une personne ou pour le transport par un accompagnateur.

Eine entsprechende technische Dokumentation wird zur Einsicht bereitgehalten.

A corresponding technical documentation is available for examination.

Une documentation technique s'y rapportant est tenue à disposition pour prise de connaissance.

Porta Westfalica, den 19.12.2024

Ort, Datum / Place, Date / Lieu, Date

Ralf Rütten  
Geschäftsleitung/ Management/ Direction