



EG- Konformitätserklärung
EC- Declaration of Conformity
EC- Declaration de Conformity

gültig bis:
valid until:
valable jusqu'au:

01.06.2027

MEYRA GmbH

Single registration number: DE-MF-000005780

Kleiststraße 49
32547 Porta Westfalica
(Hersteller/Manufacturer/Fabricant)

erklärt, in alleiniger Verantwortung, dass das Medizinprodukt und seine Optionen
declares, solely responsible, that the medical device and its options
declare, en toute responsabilité, que le dispositif médical et ses options

Modellnummer:
3011522, 3011532

Modellname:
Molett
Toilettensitzerhöhung

BASIC UDI-DI: 40327662293786

allen Anforderungen der EU-Verordnung 2017/745 und deren Änderungen entspricht.

meets all requirements of the EC-Regulation 2017/745 and their amendments.

remplit toutes les exigences du règlement EC 2017/745 et leurs amendements.

Die Klassifizierung in Klasse I erfolgte nach Anhang VIII Regel 1 der Verordnung.
The product is classified in class I according to annex VIII rule 1 of the EC-Regulation
Le produit est classé dans la classe I selon le annexe VIII règle 1 de la EC-règlement

Zweckbestimmung/intended purpose/Utilisation prévue:

Sitzerhöhung dient als Sitzerrhöhung zur Erleichterung des Toilettengangs für erwachsene Personen.

Booster seat is used as a booster seat to make toileting easier for adults.

Le rehausseur de siège sert à faciliter le passage aux toilettes pour les personnes adultes.

Eine entsprechende technische Dokumentation wird zur Einsicht bereitgehalten.

A corresponding technical documentation is available for examination.

Une documentation technique s'y rapportant est tenue à disposition pour prise de connaissance.

Porta Westfalica, den 14.10.2024

Ort, Datum / Place, Date / Lieu, Date

.....
Ralf Rütten
Geschäftsleitung/ Management/ Direction